

# 宜宾铭星中医医院有限公司 DR 球管购安 招标文件

一、标的名称：DR 球管 1 套。

二、招标要求：

1. 球管适配万东新东方 1000C 型医用 X 射线摄影系统，球管参考型号：东芝 E7876X。

2. 主要参数要求：最高管电压输出值 150 kV，最大输出功率 50 kW，电流 630mA。

三、投标人资格等级要求：合法的经营主体，财务状况良好，信誉良好。

四、投标递交截止时间：2025 年 11 月 10 日 15:00 前，将投标文件完全密封后现场递交或邮寄到医院招采办公室，逾期未投视为自动放弃。

五、投标报价：根据招标单位要求进行报价，采用综合单价包干，投标人自报增值税普通发票税率。投标人需提供纸质投标书（正副本各一套，密封），商务标内附资质资料、纸质报价清单、类似项目业绩、后期服务承诺，技术标包含提供相关产品的详细配置参数。投标文件中需明确供货及安装周期，并附质保期后维修配件报价单。

六、付款方式：

合同签订后预付 20%，货到现场后支付 30%，设备安装调试完毕结算办理完成后，扣留质保金后三个月内支付余款。（投标人

也可根据最优惠报价提出相应付款方式)

#### 七、质保金：

结算总价的 5%作为质保金，在 1 年质保期内无质量问题，经甲方确认后一个月内无息退还。

#### 八、质保期：

自通过甲方验收合格之日起计算不低于 1 年。

九、投标有效期 60 天，投标文件递交后均不退还。

#### 十、联系人及电话：

刘先生：13002882069

向女士：15283691213

采购办电话：0831-6885739

宜宾铭星中医医院

2025 年 11 月 4 日