

宜宾铭星中医医院

全自动酶免分析仪招标文件

一、标的名称：

全自动酶免分析仪

二、招标范围及数量：

本次招标采购全自动酶免分析仪一台，主要使用场景为检验科，设备需符合国家相关标准，功能及参数要求包括但不限于以下内容：

1. 加样系统

- . ≥ 8 通道独立加样针，一次性吸头，压力式液面探测+凝块探测
- . 加样量程 $5 \sim 1000 \mu\text{L}$ ， $100 \mu\text{L}$ 加样 $\text{CV} \leq 1.0\%$ ；
- . 样本位 ≥ 96 位，试剂位 ≥ 24 位，可放置标准品、阴阳质控。

2. 孵育单元

- . 塔式孵育位 ≥ 12 块 96 孔板；温控室温 $\sim 45^\circ\text{C}$ ，控温精度 $\leq \pm 0.4^\circ\text{C}$

- . 支持静置、震荡两种孵育模式，分段自定义温育时间
- . 通讯接口：网口、USB，支持对接 LIS/HIS 系统

3. 洗板单元

- . 8 通道洗板头，两点吸液，单孔残液 $\leq 2 \mu\text{L}$
- . 双桶设计（洗液/废液），缺液、满液自动报. 支持批量导出、打印，符合实验室 ISO15189、CNAS 要求

4. 酶标读数系统

- . 多通道同步测读，标配 450nm、630nm 滤光片，可选配 405nm、492nm
- . OD 测量范围 $0.000 \sim 3.50\text{D}$ ，读数重复性 $\leq 0.001\text{A}$ ；单板读数 $< 30\text{s}$

5. 软件系统

- . 全中文正版软件，兼容 Windows 系统
- . 支持 LIS/HIS 双向对接，标本条码录入、结果自动上传
- . 内置 Westgard 质控规则，自动生成质控图，数据可导出

Excel/PDF，全程操作留痕溯源

6. 标配配件

- . 配套工控电脑、条码扫描枪、安装耗材

三、投标人资格等级要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人企业，提供有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一的营业执照副本复印件）。

2. 具有医疗器械生产或经营许可证，提供相关证书复印件。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（如有）经审计的财务报告或银行资信证明。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。

5. 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

6. 如为代理商投标，需提供制造商针对本项目的唯一授权书。

四、投标递交截止时间：

2026 年 6 月 11 日 14:30 前递交（邮寄）至宜宾铭星中医医院采购办，逾期未投，视为自动放弃。

五、投标报价：

根据招标单位要求进行报价，采用综合单价包干，投标人自报增值税普通发票税率。投标人需提供纸质投标书（正副本各一套，密封），商务标内附资质资料、纸质报价清单、类似项目业绩、后期服务承诺，

技术标包含提供相关产品的详细配置参数。投标文件中需明确供货及安装周期，并附质保期后维护费及硬件设备配件报价单。

六、付款方式：

合同签订后预付 20%，设备到现场后支付 30%，软件及设备安装调试完毕结算办理完成后，扣留质保金后三个月内支付余款。（投标人也可根据最优惠报价提出相应付款方式）

七、质保金：

结算总价的 5%作为质保金，质保期内无质量问题，经甲方确认后一个月内无息退还。

八、质保期：

自通过甲方验收合格之日起计算不低于 3 年。

九、投标有效期 60 天，投标文件递交后均不退还。

十、联系人及电话：

刘先生：13002882069

向女士：15283691213

采购办电话：0831-6885739

监督电话：郑女士 18608299895

宜宾铭星中医医院

2026 年 6 月 5 日